

**Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną
na zdrowie ludzi i na środowisko**

Nazwa jednostki organizacyjnej

KRZYSZTOF ZDANOWSKI GABINET STOMATOLOGICZNY

ul. Władysława Łokietka 89, 31-263 Kraków

Numer NIP **6781629700**

Numer REGON **350738192**

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz. U. z 2021 r. poz. 623/ zgodnie z art. 32c pkt.2

- Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na: Badaniach stomatologicznych zewnątrzustnych
Badaniach stomatologicznych wewnątrzustnych
- uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; zezwolenie MPWIS/ wymienić aparaty rtg/
 - stomatologiczny aparat do zdjęć punktowych,
model KODAK ELITYS nr fabryczny: SAXI 107
 - stomatologiczny aparat pantomograficzny,
model KODAK 8000 nr fabryczny: ZJAI 573DECYZJA Nr 2/37/2013 z dnia 26.03.2013 r.
- uruchamianiu pracowni decyzja MPWIS – DECYZJA Nr 1/33/2013 z dnia 26.03.2013 r.
- Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:
 - dawkomierzy indywidualnych- w ciągu minionych 12 miesięcy (zmierzona dawka efektywna wyniosła: < **0.10 mSv**)
- Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych, których wyniki dostępne są w protokole z Pomiarów Osłon Stałych w danej Pracowni RTG.
Wyniki tych pomiarów mieszczą się w normie.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

- pracownicy: 20mSv/rok;
- ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:

- Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
- Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

* pomiary dozymetryczne: do wyboru: dozymetr indywidualny, dozymetr środowiskowy lub oba